

深圳市重点排污单位自动监 控设施验收表

企业名称：吉田拉链（深圳）有限公司公明工厂

验收单位：深圳市世纪明亮科技有限公司



环保部门	收到验收申请表日期	
填写	编号	

中华人民共和国环境保护部制

填写说明：

该表分“基本情况表”、“联网情况表”、“比对监测情况表”、“验收组成员名单”、“现场验收表”“环保审批表”六部分组成。

- 1、“基本情况”由国控企业填写。
- 2、“联网情况”由责任环保部门污染源监控机构填写。
- 3、“现场比对”由责任环保部门污染源监测机构填写。
- 4、“现场验收”由验收组在现场检查后填写。
- 5、“环保审批”由地方环保部门签署意见后报责任环保部门审批。
- 6、填写时一律使用蓝黑钢笔或签字笔，字迹清晰、不得涂改。

国控企业污染源自动监控设施基本情况表

企业名称		吉田拉链（深圳）有限公司公明工厂				
地址		广东省光明区马田街道薯田埔社区内衣产业聚集基地 YKK 工业园		邮编	518107	
排污口位置		东经：113 度 51 分 38.38 秒；北纬：22 度 47 分 25.8 秒				
环保负责人		周俊	电话	0755-27121168	手机	13510602003
主要产品情况		产品	设计生产能力	实际产量		
		拉链	8.2 亿条/年	7.74 亿/年		
废气	污染源编号及规模		DA003	燃料含硫量 (%)	/	
	脱硫工艺及效率		/	设计处理风量 (m ³ /h)	50000	
	燃料消耗量 (吨/日)		/	企业正常年运行天数	249	
	除尘工艺及效率		/	脱硝工艺及效率	/	
废水	废水处理工艺		/	排放去向	/	
	处理设施设计处理能力 (吨/日)		/	纳污水体功能区类别	/	
	实际排放量 (吨/日)		/	企业正常年运行天数	/	
执行标准						
污染物名称		标准值		标准名称及标准号		
挥发性有机物		120mg/Nm3		大气污染排放限值 DB44/27-2001		
自动监控设施情况						
设备安装位置		吉田拉链（深圳）有限公司公明工厂 YYK 生产车间 2 栋楼楼顶				
安装位置是否规范		是	排污口是否规范化	是		
设备供应商		岛津仪器（苏州）有限公司	设备型号及编号	型号：VOC-3000F 编号：H44335730089CS		
计量器具型式批准证书或生产许可证有效期			2019 年 4 月 22 日			
环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书有效期			2018 年月 31 日			
提交材料清单：		1、企业安装污染源自动监控设施申请报告及建设合同 2、环保部门关于安装污染源自动监控设施批复的文件 3、排污口规范化及点位确认的文件 4、安装调试与试运行报告 5、联网报告 6、环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测报告 7、相关的管理制度（仪器设备操作、使用和维护规程；岗位责任制；定期校验制度；设备故障预防与处置制度） 8、计量器具、进口仪器仪表型式批准证书、设备出厂合格证（复印件） 9、环境监测部门出具的比对监测报告（表三） 10、排污单位对污染源自动监控设施的预验收意见				

国控企业污染源自动监控设施联网情况

企业名称	吉田拉链(深圳)有限公司公明工厂	联网时间	2019.12.6			
排放设施名称	工业废气 VOCs 治理设施	排放口名称	1号喷涂烟气排口			
数据传输设置						
数据采集器序号	NEWPORTOCOLTEST000000046					
终端服务地址码	60.205.210.219: 10000					
数据上报间隔	分钟数据 5 分钟					
通讯协议	HJ212					
现场数据与传输数据是否一致	是					
数据报表	排放浓度	排放流量	排放总量	日报	月报	季报
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
异常数据	有无标记		有无处理		有无备份	
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
报警设置	污染物名称	排放浓度标准值	浓度报警上限	浓度报警下限		
	非甲烷总烃	120 mg/m ³	120 mg/m ³	0		
	温度	/	/	/		
	压力	/	/	/		
	流速	/	/	/		
	湿度	/	/	/		
联网验收情况						
审查项目	核查情况					
与监控中心联网情况	联网情况良好					
数据传输安全性	数据加密与身份验证满足有关要求					
通信协议正确性	数采仪与上位机通讯协议符合要求					
数据传输正确性	数据传输一致性、有效性符合要求					
联网稳定性	联网稳定、可靠					
联网结论: <div style="float: right; text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>						

表四

验收组成员名单

	姓名	单 位	职务/职称	签名
组长	余鹏	深圳市世纪明高利技术有限公司	工程师	余鹏
	周强	吉田拉索(深圳)有限公司	环境工程师	周强

月
亮
公
司

表五

国家重点监控企业污染源自动监控设施现场验收表

资料 审核 情况	环保部门关于安装污染源自动监控设施批复的文件	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	排污口规范化及点位确认的文件	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	安装调试与试运行报告	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	联网报告	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	环境监测站比对监测报告	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
制度 制定 情况	仪器设备操作、使用和维护规程	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	岗位责任制	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	定期校验制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	设备故障预防与处置制度	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
现场 检查	现场检查内容	判断	说明
	排污口是否规范、排污口标志牌安装位置	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	安装位置监测值能否代表污染物浓度和总量的排放水平	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	探头、管线和采样管路是否按设计安装	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	在线监控设施组成是否完整, 辅助设备及备品、备件是否齐全	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否有预处理设施、校准设施、防雷设施及自动清洗功能	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	手工监测孔开孔位置, 监控平台设置是否能满足手工监测的需要	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否具有多级安全认证功能	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否具备数据历史存储功能和查询功能、可查阅污染物排放浓度、排放流量、排放总量的日报、月报、季报和年报	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否合理设置排放浓度和排放总量的超标报警	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
现场数据与传输数据是否一致	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
验收 组 意 见	<p>符合验收要求</p>  <p>验收组组长(签名): 余明</p> <p>2020 年 9 月 11 日</p>		

表六

责任环保部门验收意见

环验 [] 号

吉田拉链(深圳)有限公司公明厂1号喷漆.烟气排放口(编号
FQ-001)安装VOC在线分析仪:VOC-3000T符合深圳市环境
监测要求同意验收.

经办人(签字):

周叶芳

审批人(签字):

余鹏

